

令和3年11月8日

医療施設長 各位

独立行政法人国立病院機構
宮崎東病院 院長 塩屋 敬一

経腸栄養分野の相互接続防止のための国際規格導入について

平素より当院の運営ならびに地域医療連携業務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件につきまして、厚生労働省発出の「相互接続防止コネクタに係る国際規格 (ISO(IEC)80369シリーズ)の導入について」に伴い、当院におきましても対象となる経腸栄養分野の製品を国際規格へと切替を行っております。

経腸栄養分野の製品変更に際し、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

| 製品分野 | 国際規格製品導入時期 | (現) 基準色 | (新) 基準色 |
|------|--------------|---------|---------|
| 経腸栄養 | 2021年10月より順次 | 黄色 | 紫 |

詳細につきましては下記URLにてご確認をお願いいたします。

◆誤接続防止コネクタの国内導入について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0185.html>

〈問い合わせ先〉

〒880-0911

宮崎市大字田吉 4374-1

独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院

[TEL:0985-56-2311](tel:0985-56-2311) (代表)

FAX:0985-56-2257